



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

17.10.2022

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	ÇOK EKSENLİ EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ	1	ADET			
2	ŞANZ	4	ADET			
3	KLEMP	2	ADET			
4	ROD	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 19.10.2022- 12:00

Teklif veren firmanın	Firma Yetkilisi
Adı Soyadı/ Ünvanı	
Adres	Kaşe ve İmza
Telefon	
Faks	
E-mail	

NOTLAR:

1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500
Akçakale/Şanlıurfa
E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi için: Satınalma
Tif : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

**KARBON TUBULER FİKSATÖR (MİNİ+YETİŞKİN)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1-Sistemde rodlar carbon çubuk olmalı çapı 5mm olmalı ve rod boyları 50mm den başlayıp 200 mm 'e kadar 9 boy seçeneği olmalıdır.
- 2-Sistem de 360 (derece) dönebilen hem double hemde triple rod tu rod klampları bulunmalı , klemplere karbondan imal edilmiş olmalıdır.
- 3-Sistemde hem ikili hem üçlü şanz atılabilen pin tutucu T - klempe olmalıdır.
- 4-Sistemde hem tek hemde açılı atılabilen 3-4-5mm klempe içi şanz tutucu olmalıdır.
- 5- Sistem her iki tarafı 1mm artarak giden 60mm kadar uzayabilen uzatma ve kısaltma yapabilen small ve medium olarak sette mevcut olmalıdır.
- 6-Set te yivli tespit çivisi self drilling ve self tapping olmalıdır.Yiv boyu 1,5cm ve boy 70mm den başlayarak 150cm 'e kadar gidebilen 5 boy seçeneği olmalıdır.Tespit çivileri hem çelik hem titanyum ,titanyum üzeri Hydroxyapatite kaplı çiviler bulunmalıdır.
- 7-Sette tespit amaçlı n1.0 -1,5-2,0- kemik tespit teli bulunmalıdır.
- 8- Sette pin çaplarına göre drill bulunmalıdır.
- 9- Sistem 360 (derece) mafsalları sayesinde rotasyona izin verebilmelidir.
- 10-Sette modüller T anahtar olmalı,hem şanz a hem bağlantı aparatlarına uygun aparat bulunmalı ve takılabilmelidir.
- 11-Ürünler konteyner içerisinde sterilizasyona girebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 12-Ürünler üzerinde LOT –CE yazılı olmalıdır.

Sut kodu:

TV3113

TV3720

TV3510

TV5120

TV3740

Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Op. Dr. Ahmet BÜYÜKHATİPOĞLU
Dip. Tes. No:153467