

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

21.01.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 24.01.2020 tarih ve saat 16:00'a kadar Baştabipliğimize elden veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Uz.Dr.Emre ALTINTAŞ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	I.V BRANÜL MOR	6.000	ADET		
2	SERUM SETİ	30.000	ADET		
3	SPANÇ RADYOPAKSIZ NON STERİL	60.000	ADET		
4	0	0	0		
5	0	0	0		
6	0	0	0		
7	0	0	0		
8	0	0	0		
9	0	0	0		
10	0	0	0		
11	0	0	0		
12	0	0	0		
13	0	0	0		
14	0	0	0		
15	0	0	0		
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisinde olacaktır.
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
10. Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.
11. Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
12. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

KANÜL (BRANÜL-ANJİOKET-İNTRAKET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Müsluklu olup, tek tek steril içeri nem geçirmeyen ve yırtılmayan kaplı glite ambalajlarda olmalıdır.
2. Her kanül üzerinde çap ve boyutları, yanında sıvı akış hızlarında bilgi için yazılmış olmalıdır.
3. Kanül üzerinde, üzeri kapalı ikinci bir yol (port) bulunmalı, kelebekli olmalı, kullanıldığı zaman kanül içerisinde geriye sıvı ve kan gelmesini engelleyici bir sistem olmalıdır.
4. Üzerinde imal ve son-kullanım tarihleri olmalıdır.
5. İhale tarihinden itibaren en az 2 yıllık miad süresi olmalıdır. İstekli ürünün miadının dolmasına 3-ay kala yenisi ile değiştirektir.
6. Kanül tek elle kullanılabilir dizaynda olmalıdır.
7. Kanül kateter (dış kısmı) insan damar ve dokularına en uyumlu materyallerden FEP veya PTFE 'den yapılmış (teflon) olmalıdır. Radyopak olmalıdır.
8. İğne plastik kılıfı damara girerken çelik iğne ile uyumlu olmalıdır. Plastik dış kılıf, sıyırılma riskine karşı konik formda olmalı ve kanül ucunun başlama noktasına kadar uzanmalı ve kanül kullanma esnasında plastik kısım ciltten kolayca girebilmelidir.
9. Kateter damar içine girişte ve damara girdikten sonra kink (kırılma) yapmamalıdır.
10. Kateter damar içine girerken sıyırılmamalı, direnç göstermemeli, kolay girmelidir.
11. Renk kodu ile belirlenmiş 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G ve 26G gibi değişik boylara sahip olmalıdır.
12. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştirecektir.

Hacer KEŞKİŞ
Taş. Kvt. Yet.

Muharrem Murat ÇINAR
Eca

Selahattin Tey
ST

SERUM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Non-toksik tıbbi PVC'den üretilmiş olmalıdır.
2. Steril ve tekli paketlenmiş olmalıdır.
3. Hava girişli olmalıdır.
4. Kapaklı bakteri filtresi olmalıdır.
5. Açma-kapatma klembi olmalıdır.
6. Damla ayarlayıcısı olmalı, en az miktardaki mayiyi istenen şekilde verebilmelidir.
7. Damla ayarlayıcısı parmakla kolayca kavranabilen ve makaranın istenen yöne hareketini kolaylaştıracak büyüklükte olmalıdır.
8. Enjeksiyon portu olmalıdır.
9. Setlerin miadı en az 2 yıllık olmalıdır. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
10. Uzunluğu en az 140 cm olmalıdır.
11. Serum setlerinin depodaki yerine kadar taşınması yüklenici firmaya ait olup, firmanın yetkili elemanlarınca yapılacaktır.
12. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır. İstekli, teslim ettiği ürünleri miadının dolmasına 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirecektir.

Hacer KİŞKÜŞ
Taş. Kyf. Yet.

Muhammed Murat ÇINAR
Eczacı

Selahattin Teç
85

**SPANÇ RADYOPAKSIZ 7,5(±2) CM X 7,5(±2) CM NON STERİL
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Malzeme açık cerrahilerde kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Malzemede kullanılan gazlı bez en az 1 cm² de 20 (10+10 olmalıdır) telden oluşmalıdır (Eninde 10 boyunda 10 adet olmalıdır.)
3. 16 katgazhidrofil, beyaz, temiz, kokusuz olmalı,%100 pamukipliğindenolmalıdır. Budurumakrediteedilmişbirlaboratuvardanihalekomisyonutarafındanistendiğindebelgelenmelidir.
4. Yırtıkvekaçıkolamayacak, kenarlarından hiç bir şekilde iplik sarkmayacaktır.
5. Gaz hidrofilin emiş gücü yüksek olmalıdır. Temas ettiği sıvı veya antiseptik solüsyonları kısa sürede emebilir özellikte olmalıdır.
6. Malzemede kullanılan gazlı bezin katlanmamış hali en fazla 30x33 (±1) cm olmalıdır.
7. Malzemeninkatlanmışhali 7,5x7,5 cm olmalıdır.
8. Malzeme cerrahi katlama özelliklerine sahip olmalıdır.
9. Makinekatlamaisekesinliklekatlamayarlarındanipliklersarkmayacakşekildekatlanmışolacaktır.
10. Her pakette 50 (Elli) adetkatlanmışnon sterilspançolmalıdır.
11. Ürün non-steril olarak teslim edilecektir.
12. Ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olduğu için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmak zorundadır.
13. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Hacer KEŞKİÜŞ
Taş. Kyr. Yet.

Muhammed Murat ÇINAR
Eczacı

Selahattin Tay
ŞB